

ВИСНОВОК
щодо якості лабораторних досліджень

« 31 » травня 2023 р. розглянуті результати проведення зовнішнього контролю якості лабораторних досліджень на сифіліс у якому взяли участь: КДЛ КНП СОР «Медичний клінічний центр інфекційних хвороб та дерматології ім. З. Й. Красовицького»

(вказати назву установи)

лабораторія серології з функціями референс-лабораторії з зовнішнього контролю якості лабораторних досліджень на сифіліс ДУ «ІДВ НАМН України»

(вказати назву установи)

Контрольний матеріал C1, C2, C3

№ № з/п	Показник, що визначається	Метод визначення	Одиниці виміру	Очікувані показники	Отриманий результат
					КДЛ КНП СОР «МКЦ ІХД ім. З. Й. Красовицького
1	Наявність преципітинів до <i>Treponema pallidum</i>	Мікрореакція преципітації з кардіоліпіновим антигеном (РМП), якісна та напівкількісна модифікації	Умовні, негативні-позитивні, титр 1/2 і більше	C1- 4 +1/64 C2- 0 C3- 3+	C1- 4 +1/8 C2- 0 C3- 3 +1/2
2	Виявлення аглютининів до <i>Treponema pallidum</i>	Реакція пасивної гемаглютинації (РПГА) якісна та напівкількісна модифікації	Умовні, негативні-позитивні титр 1/2 і більше	C1 - 4+1/1280 C2 - 0 C3 - 4+	C1 - 4+ 1/1280 C2 - 0 C3 - 4+ 2560
3	Наявність імуноглобулінів до <i>Treponema pallidum</i>	Наявність імуноглобулінів до <i>Treponema pallidum</i> методом імунохроматографії (ІХГ)	Умовні, негативні-позитивні,	C1- позитивний C2- негативний C3- позитивний	C1- позитивний C2- негативний C3- позитивний

№ № з/п	Показник, що визначається	Метод визначення	Одиниці виміру	Очікувані показники	Отриманий результат
					КДЛ КНП СОР «МКЦ ІХД ім. З. Й. Красовицького»
4	Наявність імуноглобулінів до <i>Treponema pallidum</i>	Імуноферментний метод (ІФА) визначення імуноглобулінів класу G та M сумарно	Умовні, негативні-позитивні	C1- позитивний C2- негативний C3- позитивний	C1- позитивний C2- негативний C3- позитивний
5	Наявність імуноглобулінів до окремих білків <i>Treponema pallidum</i>	Імуноферментний метод (ІФА-different) визначення імуноглобулінів до окремих білків <i>Treponema pallidum</i>	Умовні, негативні-позитивні	C1- позитивний C2- негативний C3- позитивний	C1- позитивний C2- негативний C3- позитивний

Замовники: КДЛ КНП СОР «Медичний клінічний центр інфекційних хвороб та дерматології ім. З. Й. Красовицького»
Зав КДЛ КНП СОР «МКЦ ІХД ім. З. Й. Красовицького» / Белай Л.В. /
лікар-лаборант / Антоненко А.А. /

Висновок

Ступінь точності проведених лабораторних досліджень _____

100% за нетрепонемними методами (РМП)

100% за трепонемними методами (РПГА, ІФА, ІФА-different, ІХГ)

Результати лабораторного контролю якості були розглянуті і оцінені комісією в складі :

Зав. лабораторії серології з функціями референс лабораторії
з зовнішнього контролю якості лабораторних досліджень
на сифіліс ДУ «ІДВ НАМН України» с.н.с., к.м.н.

/ Кутова В.В. /

м. н. с. лабораторії серології з функціями референс лабораторії
з зовнішнього контролю якості лабораторних досліджень
на сифіліс ДУ «ІДВ НАМН України»

/ Білоконь О.М. /



Дата 31 травня 2023р